



2015150423V

嘉誉测试  
WWW.SDJYAYU.COM.CN

正本

# 检测报告

山嘉测 (2019) 第 C191199-004 号

项目名称: 二分厂 204 车间废水排口

委托单位: 山东新华制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019 年 07 月 11 日



山东嘉誉测试科技有限公司



# 检测结果

山嘉测 (2019) 第 C191199-004 号

第 1 页 共 1 页

- 1. 委托单位: 山东新华制药股份有限公司
- 2. 样品类别: 污水
- 3. 现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表
- 4. 采样日期: 2019 年 07 月 04 日
- 5. 测试日期: 2019 年 07 月 04 日-2019 年 07 月 09 日
- 6. 污水检测依据及结果

## 6.1. 污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	最低检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 5110 128	0.007mg/L

## 6.2. 污水检测结果

采样点位	采样日期		检测参数	现场样品描述
			总镍 (mg/L)	
二分厂 204 车间总镍处理设施总排放口	07 月 04 日	频次 1	0.019	淡绿色, 无味, 无浮油
		频次 2	0.028	

注: "ND" 表示未检出, 生产负荷: >75%

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制人:

穆婉莹

审核人:

刘雨轩

批准人:

杨少清

签发日期:

2019.7.11